

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
3^ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
E-mail: gnaprom@gmail.com

05 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑ: «3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της πρόσκλησης σας ημ/νίας 30/05/2018 σε 3Η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή ορίζεται ως «η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ... όπως ... η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του» καθώς και, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν 2955/2001, που επισημαίνει ότι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήση του.

Συνεπώς, οι παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Γκιώνας 1Α
Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση
Τ: 210 20 20 232
Φ: 210 20 20 775
E: info@mavrogenis.com
www.coloplast.gr
www.amoena.gr
www.mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

14ο χλμ. Θεσ/κης-Ν. Μουδανιών
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τ: 2310 420 302
Φ: 2310 472 155
E: thessaloniki@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΤΡΑΣ**

Αρέθα 89
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Τ1: 2610 462 070,
Τ2: 2610 435 075
Φ: 2610 462 071
E: patra@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ**

Καποδιστρίου 2
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τ: 2410 672 902
Φ: 2410 625 079
E: larisa@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ**

Ετεοκρητών & Λυκείου 50
Κορώνη Μαγαρά
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο
Τ: 2810 280 310
Φ: 2810 280 310
E: iraklio@mavrogenis.com



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
3ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Για την διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνουμε την προσθήκη των κατωθι τεχνικών προδιαγραφών:

- 1) Ουρητηρικά stent από 100% μαλακής σύστασης σιλικόνη χωρίς υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Να είναι 12μηνης παραμονής , η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκοιερές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά . Να προσφέρονται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) μήκους 40 cm και υπερυδρόφιλο οδηγό σύρμα τύπου TERUMO stiff 0,035 μήκους 150cm. Ανοικτού – Ανοικτού άκρου. Μεγέθη 6,7,8 Ch/Fr - 24,26,28 cm. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
- 2) Καθετήρες 3 way Dufour από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και atraumatic εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκοιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μέγεθος 18 - 24 Ch/ Fr.
- 3) Καθετήρες 3 way Couvelaire από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και atraumatic εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκοιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μέγεθος 18 - 24 Ch/ Fr.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΚΙΟΝΑΣ 1Α ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 144 51
ΑΡ.Μ. 0325/5697 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 2020232 - FAX: 210 2020775

Νίκος Σκούρας

Δ/ντής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος