



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Γραφείο : Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου

Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο

Πληροφορίες : Ε. Παπαϊωάννου

Τηλ. : 26413-61229

Fax : 26410-25955

E-mail : gnaprom@gmail.com

Αγρίνιο, 22 Οκτωβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 15937

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: « ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ .»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρονικών χειριστηρίων κλινών Μ.Ε.Θ., **προϋπολογισμού δαπάνης 3.100,00 € + Φ.Π.Α.**
2. Αποκατάσταση βλάβης του υπερήχου Philips HD 15 της καρδιολογικής κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 2.800,00 € + Φ.Π.Α.**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 5.900,00 € + Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «*μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγματεύεται γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010*»
8. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

11. Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

12. Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

13. Την υπ.αριθμ. 16^η/ 10-07-2018 θέμα 4^ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας οικονομικής χρήσεως 2018 και η οποία εγκρίθηκε με την Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

14. Τα αριθμ.πρωτ. πρωτ. 5627/04-04-2018 και 12218/21-08-2018 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

15 . Τις αρ. 1564 με ΑΔΑ:ΨΕΩΑ46904Μ-ΦΝ3 και 1565 με ΑΔΑ:Ψ6ΓΗ46904Μ-ΙΘΤ αποφάσεις δέσμευσης δαπάνης.

16. Την αριθμ. πρωτ.14127/27.09.2018(με ΑΔΑ:ΩΙ0Λ46904Μ-8Κ3) απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

17. Την αριθμ. πρωτ.15525/18.10.2018(με ΑΔΑ:6ΨΤ846904Μ-29Ξ) απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της επαναληπτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για τις παρακάτω επισκευές και προμήθειες, άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ,στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 29-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά» το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
- Να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος για κάποια εργασία ή προμήθεια , όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω , δεσμεύεται να την εκτελέσει σε χρονικό διάστημα που θα του ορίσει το Νοσοκομείο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Προμήθεια πέντε (5) καινούριων ενσύρματων ηλεκτρονικών χειριστηρίων ελέγχου κλίνης και πέντε (5) καινούριων ηλεκτροκινητήρων κλίνης τύπου 6001-2LUX που βρίσκονται στη Μ.Ε.Θ. Τα ανωτέρω ανταλλακτικά δεν επισκευάζονται παρά αντικαθίσταται.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

2. Αποκατάσταση βλάβης(μετακίνηση, εργασία τεχνικού και ανταλλακτικά) του καρδιολογικού υπερήχου Philips HD 15. Ενδεχόμενη αντικατάσταση του ASSY, SOFTKEY DISPLAY PANEL, HD15".

Οι εργασίες θα διεξαχθούν από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστή και τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να τοποθετηθούν θα είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παναγιώτης Ε. Παπαδόπουλος