



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

Αγρίνιο, 05 Ιουνίου 2019  
Αριθμ. Πρωτ.7601

**Γραφείο : Προμηθειών**  
**Ταχ. Δ/νση : 3<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου**  
**Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο**  
**Πληροφορίες : Γ. Γούλα**  
**Τηλ. : 26413-61230**  
**Fax : 26410-25955**  
**E-mail : gnaprom@gmail.com**

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ: « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ».**

1. Επισκευή μιας φυγοκέντρου του Αιματολογικού Εργαστηρίου, **προϋπολογισμού δαπάνης 800,00 € + Φ.Π.Α.**
2. Προμήθεια περιχειρίδων για DINAMAP V100 GE της Παθολογικής Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 260,00 € + Φ.Π.Α.**
3. Προμήθεια αισθητήρων οξυμετρίας για την Παιδιατρική Κλινική, **προϋπολογισμού δαπάνης 330,00 € + Φ.Π.Α.**
4. Προμήθεια δύο τριπολικών καλωδίων καρδιογραφήματος για απινιδωτή της Κ/Δ Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 400,00 € + Φ.Π.Α.**
5. Προμήθεια περιχειρίδων για μόνιτορ DASH 5000 GE της ΜΕΘ, **προϋπολογισμού δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α.**
6. Προμήθεια δύο φορητών οξυμέτρων ενηλίκων-εφήβων για τη Μ.Ε.Θ., **προϋπολογισμού δαπάνης 580,00 € + Φ.Π.Α.**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.670,00 € + Φ.Π.Α.**

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη

χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»

**8.** Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

**9.** Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

**10.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

**11.** Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

**12.** Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμοι υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

**13.** Την υπ.αριθμ. 16<sup>9</sup>/ 10-07-2018 θέμα 4<sup>ο</sup> απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας οικονομικής χρήσεως 2018 και η οποία εγκρίθηκε με την Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

**14.** Τα αριθμ.πρωτ. 5750/22-04-2019,6297/10-05-2019,6421/14-05-2019,5827/23-04-2019,5598/18-04-2019 και 2495/18-02-2019 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

**15.** Την αρ. 891 με ΑΔΑ:ΩΦΒΣ46904Μ-ΜΗΣ απόφαση δέσμευσης δαπάνης.

**16.** Την αριθμ. πρωτ.7398/03.06.2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για διαφορές επισκευές και προμήθειες της τεχνικής υπηρεσίας, άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στη Διαύγεια , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 17-06-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

#### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**1.** Επισκευή μιας (1) φυγοκέντρου PICO 17 του κατασκευαστικού οίκου THERMOFISHER/HERAEUS. Απαιτείται η αντικατάσταση ενός (1) rubber bands PK/5.

Η διαπίστωση της βλάβης έγινε από τον τεχνικό της εταιρίας «Αναλυτικές Συσκευές» που επισκέφθηκε το Νοσοκομείο μας για άλλου είδους επισκευή κατόπιν διαγωνισμού.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά καθώς και η εκπαίδευση των τεχνικών από τον κατασκευαστικό οίκο THERMO-THERMOFISHER/HERAEUS.

**2. Προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής:**

- Πέντε (5) περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων (23-33εκ.), GE CRITICON, βιδωτός σύνδεσμος (screw) για DINAMAP V100 της GE.
- Δύο (2) μεγάλες περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων (31-40εκ.), GE CRITICON, βιδωτός σύνδεσμος (screw) για DINAMAP V100 της GE.
- Μία (1) πολύ μεγάλη περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων (38-50εκ.), GE CRITICON, βιδωτός σύνδεσμος (screw) για DINAMAP V100 της GE.

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα μηχανήματα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και να φέρει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο GE των ανταλλακτικών του. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της προσφοράς.

Σε περίπτωση που το υλικό κατά τη χρήση αποδειχθεί ακατάλληλο ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αντικατάστασή του.

**3. Προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών για το οξύμετρο H100B EDAN της Παιδιατρικής Κλινικής:**

- Εφηβικός – ενηλίκων αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων.
- Παιδιατρικός – βρεφικός αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων.
- Νεογνικός – βρεφικός αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων.
- Καλώδιο - προέκταση για σύνδεση πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση με τους παραπάνω αισθητήρες.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρίας EDAN που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/2012 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

Να φέρουν επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την προμήθεια.

Τα ανταλλακτικά να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να έχουν πάνω τους το σήμα CE mark, να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης.

**4. Προμήθεια δύο (2) καινούριων καλωδίων καρδιογραφήματος ΗΚΓ τριπολικών μονοκόμματων με δαγκάνες για απινιδωτή GE Responder 2000 της Καρδιολογικής Κλινικής.**

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μηχανήμα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά. Επιπλέον να κατατεθεί το πιστοποιητικό γνησιότητας των καλωδίων από τον κατασκευαστή GE καθώς και το πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή.

**5. Προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής:**

- Τέσσερις (4) περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων διπλού αυλού διαστάσεων (23-33εκ.) για μόνιτορ DASH 5000 της GE.
- Τέσσερις (4) μεγάλες περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων διπλού αυλού διαστάσεων (31-40εκ.) για μόνιτορ DASH 5000 της GE.

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα μηχανήματα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και να φέρει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο GE των ανταλλακτικών του.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της προσφοράς.

Σε περίπτωση που το υλικό κατά τη χρήση αποδειχθεί ακατάλληλο ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αντικατάστασή του.

**6. Προμήθεια δύο (2) φορητών οξυμέτρων με αισθητήρα πολλαπλών ενηλίκων-εφήβων για τη Μ.Ε.Θ.**

Τα προσφερόμενα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Αναλυτικότερα για κάθε οξύμετρο:

1. Το οξύμετρο να είναι φορητό, compact για χρήση σε χειρουργείο, ΜΕΘ, μονάδα ανάνηψης, τμήμα επειγόντων περιστατικών, μονάδα εμφραγμάτων, παιδιατρικές μονάδες, αλλά για περιπτώσεις μεταφοράς ασθενούς. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά με τον κατάλληλο αισθητήρα.
2. Να διαθέτει αισθητήρα ενηλίκων – εφήβων. Να δέχεται αισθητήρα για όλο το φάσμα ηλικιών από νεογνά μέχρι ενήλικες.
3. Να είναι ιδιαίτερα στερεό και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση ενώ να είναι χαμηλού βάρους μικρότερο από 170 γραμ.
4. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας άνω των 35 ωρών.
5. Να πραγματοποιεί μετρήσεις SpO<sub>2</sub> και PR ταχύτατα και με μεγάλη ακρίβεια ενώ να απεικονίζει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού κορεσμού του O<sub>2</sub>, (SpO<sub>2</sub>), του αριθμού των σφίξεων / λεπτό (BPM) και ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.
6. Το εύρος μέτρησης για τον κορεσμό οξυγόνου να είναι από 0% έως 100% .
7. Το εύρος μέτρησης για τον καρδιακό ρυθμό να είναι από 25-300 bpm.
8. Να διαθέτει ακρίβεια μετρήσεων:
  - ✓ οξύμετρία (SpO<sub>2</sub>): + 2% στην περιοχή 70-100%.
  - ✓ καρδιακός παλμός: (BPM) ±2%.
9. Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD με οπίσθιο έλεγχο φωτισμού με δύο τρόπους λειτουργίας monitoring και spot check.
10. Να εμφανίζει τη κυματομορφή της οξύμετρίας, των trends, της ώρας και ημερομηνίας και όλων των υπολοίπων μετρήσεων.
11. Ο χειρισμός του να είναι ιδιαίτερα απλός και να γίνεται, με κομβία άμεσης πρόσβασης στις διάφορες λειτουργίες.
12. Να διαθέτει πίνακα αποθήκευσης μετρήσεων όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων για έως και 300 ώρες.
13. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρική μονάδα παρακολούθησης και διαθέτει λογισμικό για παρακολούθηση των δεδομένων σε Η/Υ.
14. Να διαθέτει σύστημα οπτικών και ακουστικών συναγερμών των παρακολουθούμενων παραμέτρων με ρύθμιση των ορίων.
15. Να συνεργάζεται με επιτραπέζιο φορτιστή για την φόρτιση του οξύμετρου. Να προσφερθεί προς επιλογή ο φορτιστής και το kit επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
16. Το οξύμετρο να είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τα διεθνή standards ασφαλείας και απόδοσης ενώ να διαθέτει, όπως απαιτείται CE Marking.

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 13485/12 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
7. Οι προμηθευτές θα εκπαιδεύσουν τους χειριστές - ιατρούς στην σωστή χρήση και δυνατότητες του συγκροτήματος, καθώς και εκπαίδευση τεχνικού Ηλεκτρονικού στην συντήρηση χωρίς αμοιβή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ανδρέας Στ. Τσώλης