

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ»

ΣΧΕΤ.

1. Τα υπ' αρ. 4661 & 4665/14-09-2016 έγγραφα της ΕΠΥ αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.
2. Το υπ.αριθμ.4989/2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών κάθε αναθέτουσας αρχής από το όργανο Διοίκησης της.
3. Την υπ.αριθμ. 14323/ 02-10-2018 δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.hospital-agrinio.gr) ήτοι από την **Παρασκευή 14/06/2019** ως και την **Πέμπτη 20/06/2019**.
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : gnaprom@gmail.com
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Τσώλης Στ. Ανδρέας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Μεσακάνθια - Μεσοπετάλια πρόθεση από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο με υποπετάλιο ιμάντα.
Η πρόθεση να διαθέτει επικάλυψη σιλικόνης για την προστασία της μυελικής ζώνης.
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επεμβάσεις 05-Ι1.
Να μπορεί να τοποθετηθεί με τη χρήση υποπετάλιου ιμάντα αλλά και χωρίς.
Να διατίθεται σε 5 διαστάσεις 08,10,12,14,16 mm.
2. Δυναμική μεσακάνθια πρόθεση από Peek με σύστημα καθήλωσης - συγκράτησης της μεσακάνθιας πρόθεσης.
Με ένδειξη χρήσης 05 - Ι1
Να διατίθεται σε 5 διαστάσεις 08,10,12,14,16 mm.
3. Μεσακάνθια πρόθεση από τιτάνιο τύπου U με σύστημα καθήλωσης-συγκράτησης
Να διατίθεται σε 5 διαστάσεις 08,10,12,14,16 mm.

