



Προς: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ

Ταχ. Διεύθυνση: 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2641361229

E-mail: gnaprom@gmail.com

Ημερομηνία : 08/07/2019

ΘΕΜΑ : «3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ.Αγρινίου»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με το αίτημα σας για διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΕΝΟΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**» θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις παρακάτω προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί προς διαβούλευση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ :

4. «Διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας λήψης τουλάχιστον 4000Hz.»

Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :

«Διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας καταγραφής τουλάχιστον 250Hz και ψηφιακή ανάλυση του σήματος τουλάχιστον 12bit.»

Αιτιολογία : Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (European Guidelines), ο απαιτούμενος ρυθμός δειγματοληψίας για την καταγραφή του holter ρυθμού είναι 256 Hz (δείγματα / δευτερόλεπτο) και είναι χαρακτηριστικό αναγκαίο να αναφερθεί στα τεχνικά στοιχεία για την προμήθεια ενός σύγχρονου καταγραφικού.



Με τιμή,

GE HEALTHCARE
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"GE Healthcare Α.Ε."
ΣΟΦΟΥ 5-10 - Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210 9306000 - FAX: 210 9805031
Α.Φ.Μ.: 094472919 - Α.Ο.Υ.: 696 ΑΘΗΝΩΝ

Βασίλης Τσιρώνης

Modality Leader - LCS Cardio Eastern Europe