

## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΙΟΝΙΟΥ-ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

Εισερχόμενα x



**Sideridis Evripidis** <es@iatrikimerimna.com> Παρ, 5 Ιουλ, 12:29 μ.μ. (πριν από 12 ημέρες)

προς εγώ

Αξιότιμοι κύριοι,  
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας στα σχόλια που υποβάλλαμε στην 1<sup>η</sup> διαβούλευση.  
Επιπροσθέτως επισημαίνουμε μερικές ακόμη αλλαγές που απαιτούνται.

Κατ' αρχή η περιγραφή του είδους αναγράφει πριόνι-τρυπάνι μπαταρίας ή αέρος ενώ στο παρακάτω κείμενο προδιαγραφών απαιτείται πριόνι-τρυπάνι που να τροφοδοτείται από μονάδα ισχύος.

Οι τρεις αυτοί διαφορετικοί τρόποι τροφοδοσίας (τους οποίους διαθέτουμε, όλους) έχουν αρκετά διαφορετικό κόστος και αν στη διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αποσαφηνιστεί ποιόν τρόπο επιλέγει το νοσοκομείο, οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα είναι μεταξύ τους μη συγκρίσιμες.

Επιπλέον προτείνουμε η πρόταση που αφορά το βάρος της χειρολαβής να διατυπωθεί ως εξής: Το συνολικό βάρος της χειρολαβής τρυπανιού ή πριονιού να μην υπερβαίνει τα 750 γραμμάρια. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για μπαταρία ή αεροσωλήνα στο κείμενο των προδιαγραφών σας, οδηγεί στην επιλογή της μονάδας ισχύος, η οποία είναι επιτραπέζια όπως φαίνεται στο συνημμένο προστέκτους και επομένως δεν προσθέτει βάρος στο χέρι του χειρουργού.

Τέλος προτείνουμε τη διαγραφή της πρότασης « Η μονάδα ισχύος να δίνει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για το εύρος φόρτισης ή την ανάγκη επισκευής» διότι η μονάδα ισχύος παίρνει ρεύμα απευθείας από το δίκτυο και δεν τίθεται θέμα φόρτισης η δε ανάγκη επισκευής επισημαίνεται με οπτική ένδειξη (alarm).

Ευελπιστούμε για την αποδοχή των προτάσεών μας.

Με εκτίμηση,  
Ευριπίδης Σιδεριδής ( MSc Φυσικός)  
Υπεύθυνος Πωλήσεων  
Ιατρική Μέριμνα & Υγεία ΑΕ.  
Ιατρικά Μηχανήματα & Εξοπλισμός Νοσοκομείων Λ.Ηρακλείου 424  
14122 Νέο Ηράκλειο, Αττικής, Ελλάδα  
Τηλ.: 210 2856586, Φαξ : 210 2853709  
Κινητό : 6978 119372

[Περικομμένο μήνυμα] [Προβολή ολόκληρου του μηνύματος](#)

