

Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

3^ο χλμ ΕΟ Αγρινίου - Αντιρρίου

Τηλ.: 26413 – 61 233

Fax: 26410 – 25 955

Υπόψη: Γραφείου Προμηθειών

κα Φραγκιαδουλάκη Ροδάνθη

e-mail: gnaprom@gmail.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αγαπητοί κύριοι,

Κατόπιν Αιτήματός σας για 3^η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με αριθμό Πρωτοκόλλου: 8918/01-07-2019

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ζητούμενες προδιαγραφές αναφέρονται σε εξοπλισμό το κόστος του οποίου υπερβαίνει τις 12.000ΕΥΡΩ, πλην ΦΠΑ. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μόνιτορ 17 ιντσών και εκτυπωτή.

Τα συστήματα Βιντεονυσταγμογραφίας κυκλοφορούν από ετών στην Ευρωπαϊκή αγορά (Αφορά μετρήσεις και δοκιμασίες παγιομένες από ετών. Συνεπώς ανταλλακτικά (αφορούν μόνο τις κάμερες) διατίθενται από την αγορά του συστήματος μέχρι 10 ετών, **αλλά όχι για 5 έτη μετά την κατάργηση των μοντέλων.**

Η κατάργηση των μοντέλων πιθανόν σημαίνει και αλλαγή στο Hardware του προγράμματος.

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ Η΄ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η συσκευή του Φορητού Λαρυγγοσκοπίου διαθέτει κουμπί ON διότι φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με οπτική ένδειξη διάρκειας επί της οθόνης (συνεχής χρήση 4 ώρες), αλλά αυτόματο OFF.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν τις προτεινόμενες Τεχνικές προδιαγραφές.



Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση

Μετά τιμής,

MEDICAL LITE ΑΕ



Χρήστος Ζήσιμος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

