

Πάτρα, 05/09/2019

ΠΡΟΣ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2^η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμα με συνοδό εξοπλισμό Αιματολογικών τεστ »

Σχόλια επί των τεχνικών Προδιαγραφών: Με σκοπό τον εμπλουτισμό των τεχνικών προδιαγραφών που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου καταθέτουμε τα παρακάτω σχόλια:

Προδιαγραφή Νο 3: *Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων.*

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:

Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων θερμοκρασίας 10°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) για διατήρηση της σταθερότητας των αντιδραστηρίων πάνω στον αναλυτή και δυνατότητα λειτουργίας όλο το 24-ωρο.

- Με τη παραπάνω προσθήκη εξασφαλίζεται τόσο η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων όσο και η ευκολία του χρήστη αφού τα αντιδραστήρια παραμένουν στον αναλυτή σε θερμοκρασία ψυγείου(8-12°C) όλο το 24ωρο.

Επίσης στη:

Προδιαγραφή Νο 16: *Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου με διαγράμματα Levey Jennings κλπ. Να περιγράφει αναλυτικά*


Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:

Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου με διαγράμματα Levey Jennings κλπ. Να περιγράφει αναλυτικά .Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων θα πρέπει τα αντιδραστήρια βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με τα αντιδραστήρια των εξετάσεων. Επίσης όλα τα πλάσματα ποιοτικού ελέγχου – Controls και οι Βαθμονομητές – Callibrators, τουλάχιστον για τις περισσότερες συχνές εξετάσεις PT και APTT να έχουν μεγάλη σταθερότητα μετά την ανασύσταση τουλάχιστον πάνω από τρεις εβδομάδες.

- Με τη παραπάνω προσθήκη εξασφαλίζεται τόσο η αξιοπιστία του αναλυτή όσο και η οικονομία σε Controls και Callibrators λόγω μεγάλης σταθερότητας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ VAKTRO SCIENTIFIC

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



VAKTRO SCIENTIFIC
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΕΓΑΝΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 195 ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 264 43
Α.Φ.Μ. 084221869 Α.Φ.Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ: 2616 003200 FAX: 2610 223595

e-mail: info@vaktro.gr, URL: www.vaktro.gr