



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.12882

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο
Πληροφορίες : Γ. Γούλα
Τηλ. : 26413-61230
Fax : 26410-25955
E-mail : gnaprom@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

- 1. Επισκευή χειρουργικής τράπεζας, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 € + Φ.Π.Α.**
- 2. Προμήθεια και αντικατάσταση ενδοσκοπικής κάμερας υψηλής ανάλυσης κυστεοσκοπικού μηχανήματος, προϋπολογισμού δαπάνης 6.400,00 € + Φ.Π.Α.**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 8.900,00 € + Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

- 1** Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
- 2.** Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
- 3.** Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
- 4.** Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 5.** Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 6.** Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 7.** Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»
- 8.** Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
- 9.** Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

11. Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

12. Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

13. Τα αριθμ.πρωτ.12231/18-09-2019 και 12231/18-09-2019 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

14. Την αρ. 1281 με ΑΔΑ:ΨΟΜΗ46904Μ-ΓΑΤ απόφαση δέσμευσης δαπάνης.

15. Την αριθμ. πρωτ.12652/26.09.2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για επισκευή χειρουργικής τράπεζας και προμήθεια και αντικατάσταση ενδοσκοπικής κάμερας κυστεοσκοπικού μηχανήματος, άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 11-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά» το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Επισκευή χειρουργικής τράπεζας, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 € + Φ.Π.Α.

Επισκευή της χειρουργικής τράπεζας OPT ASSO με sn: 0097, code 7721-000 prod.0613 του κατασκευαστικού οίκου OPT διότι παρουσιάζει αστάθεια κατά την τοποθέτηση ασθενούς.

Ενδεχόμενη αντικατάσταση-αναβάθμιση του kit για τη σταθεροποίηση των pin. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο και για τα μεταφορικά της χειρουργικής τράπεζας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία OPT όσον αφορά τη προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα μηχανήματα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

2. Προμήθεια και αντικατάσταση ενδοσκοπικής κάμερας υψηλής ανάλυσης κυστεοσκοπικού μηχανήματος, προϋπολογισμού δαπάνης 6.400,00 € + Φ.Π.Α.

Προμήθεια και αντικατάσταση μίας ενδοσκοπικής κάμερας υψηλής ανάλυσης κυστεοσκοπικού μηχανήματος λόγω παλαιότητας (άνω των 15 ετών) και χαμηλής ευκρίνειας της υπάρχουσας τύπου.

Θα πρέπει να είναι έγχρωμη βιντεοκάμερα DIGITAL 1 CCD, ειδική για ιατρική χρήση, απολύτως ψηφιακή, εξαιρετικής ευκρίνειας σχεδιασμένη για χρήση μόνιτορ επίπεδης οθόνης LCD, μικρών διαστάσεων, με εργονομική, ελαφριά, υψηλής απόδοσης κεφαλή και με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει να:

- Διαθέτει 1 CCD μεγέθους 1/3 ίντσας.
- Διαθέτει πολύ υψηλή ανάλυση 800 γραμμών.
- Διαθέτει ελάχιστη φωτεινότητα 0.9 lux.
- Διαθέτει πολύ υψηλή ευαισθησία 2.7 lux.
- Διαθέτει σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος DSP ως κάτωθι:
 - ✓ Ψηφιακό σύστημα βελτιστοποίησης της αντίθεσης.
 - ✓ Ψηφιακή ρύθμιση των χρωμάτων.
 - ✓ Κανάλι Y: ψηφιακή επεξεργασία σήματος 8bits
 - ✓ Κανάλι C: ψηφιακή επεξεργασία σήματος 2 X 8bits
 - ✓ Διάφραγμα ψηφιακά ελεγχόμενο με εύρος μεταβολής 1 / 50 μέχρι 1 / 16.000sec
 - ✓ Αυτόματη ψηφιακή ρύθμιση φωτεινότητας (AGC) με δυνατότητα ενίσχυσης μέχρι 400%.
 - ✓ Λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N Ratio) μεγαλύτερο από 62 dB.
 - ✓ Επεξεργασία σήματος +6 dB με ενσωματωμένο σύστημα καταστολής παρεμβολών.
- Διαθέτει ψηφιακό zoom x2.
- Έχει δυνατότητα για οπτικό zoom x2.
- Διαθέτει λειτουργία παγώματος (freeze) της εικόνας, ειδική για χρήση με μόνιτορ flat screen.
- Διαθέτει σύστημα φωτομέτρησης τριών (3) επιπέδων -small spot, large spot, Integral- με δυνατότητα αλλαγής από το κεντρικό panel ή το βασικό μενού.
- Διαθέτει ψηφιακό φίλτρο Anti-Moire, για τον περιορισμό της κυματοειδούς εικόνας κατά την σύνδεση ευκάμπτων ενδοσκοπίων.
- Διαθέτει ψηφιακή μνήμη μακράς διάρκειας, για αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων και παραμέτρων.
- Διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης επιθυμητών στοιχείων, δέκα (10) χειριστών.
- Επιπλέον έχει την δυνατότητα να βελτιστοποιεί την διαδικασία, δημιουργώντας εξαιρετική εικόνα, μέσω προρύθμισης, από μενού επεμβάσεων.
- Διαθέτει στην κεφαλή δυο (2) πλήκτρα λειτουργιών προγραμματιζόμενα από τον χρήστη τα οποία εκτελούν 13 λειτουργίες, ως κάτωθι:
 - ✓ Φωτομέτρηση
 - ✓ Ρύθμιση χρώματος
 - ✓ Ρύθμιση του λευκού χρώματος (white balance)
 - ✓ Ρύθμιση στάθμης σήματος εξόδου
 - ✓ Λειτουργία ενίσχυσης σήματος σε τρία βήματα
 - ✓ Μεγέθυνση (zoom)
 - ✓ Ψηφιακά διαφράγματα
 - ✓ 6 κυκλώματα ελέγχου περιφερειακών συσκευών (video recorder, video printer)
- Διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου self test με πλήρη παροχή πληροφοριών στην οθόνη.
- Η κεφαλή διαθέτει συνδετικό καλώδιο με την κεντρική μονάδα απολύτως στεγανό, υψηλής ευκαμψίας, μήκους 3m, το οποίο είναι αφαιρούμενο, με δυνατότητα να αντικατασταθεί χωρίς την παρουσία τεχνικού.
- Διαθέτει δαχτυλίδι εστίασης για προστασία της στεγανότητας.
- Είναι απολύτως στεγανή και μπορεί να αποστειρωθεί εντός χημικών υγρών και κλιβάνων.
- Διαθέτει επίπεδη επιφάνεια με πλήκτρα αφής, για την ενεργοποίηση και ρύθμιση των λειτουργιών της συσκευής τα οποία επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό της συσκευής.
- Διαθέτει φακό εστιακής απόστασης 22mm με δυνατότητα αλλαγής κατόπιν επιλογής.
- Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με Computer και επιλογής μέσω software από 6 προγράμματα ρυθμίσεων.
- Διαθέτει εξόδους 1x RGB, 2x S-VHS, 2x BCN, PC Interface RS 232 C.
- Επιπλέον έχει δυνατότητα ψηφιακών εξόδων SDI, DV, DVI, USB2, HDTV κλπ.
- Διαθέτει έξοδο REMOTE CONTROL για έλεγχο τουλάχιστον 2 συσκευών.
- Διαστάσεις κεφαλής : Ø38, μήκος 110mm (συμπεριλαμβανομένου του φακού και του συνδετικού)
- Βάρος κεφαλής 160gr (συμπεριλαμβανομένου φακού, συνδετικού, καλωδίου)
- Πληροί τα standard ασφαλείας : BF protection class I, CE, TUV mark (EN60601-1), EMC (EN60601-1-2), EEC 93/42.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για τα προσφερόμενα είδη δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για έξι (6) μήνες από την οριστική παράδοση τους, καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα.

Η αναφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά τα προσφερόμενα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών, για βλάβες που προέρχονται από συνήθη χρήση σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης-συντήρησης-απολύμανσης και τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Από την εγγύηση εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρεία μας παράγοντες, όπως:

- Βίαιη καταστροφή.
- Ενέργειες μη σύμφωνες με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
- Επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Δόλος.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/2004 του Υπ.Υγείας. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει στον χώρο που θα μας υποδείξετε και σας παρέχεται από την εταιρεία μας ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η εκπαίδευση στο χειρισμό και στην απαιτούμενη συντήρηση τους σας παρέχεται από την εταιρεία μας ΔΩΡΕΑΝ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ανδρέας Στ. Τσώλης