



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο
Πληροφορίες : Γ. Γούλα
Τηλ. : 26413-61230
Fax : 26410-25955
E-mail : gnaprom@gmail.com

Αγρίνιο, 02 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.16247

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(4)».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Επισκευή του ακτινοσκοπικού συγκροτήματος C-arm των χειρουργείων, **προϋπολογισμού δαπάνης 2.700,00 € + Φ.Π.Α.**
2. Προμήθεια ενός καινούριου ηλεκτροκαρδιογράφου για την Καρδιολογική Κλινική, **προϋπολογισμού δαπάνης 2.300,00 € + Φ.Π.Α.**
3. Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, ΚΕΦΙΑΠ, ΚΨΥ, Ξενώνων και διαμερισμάτων αυτών και ΕΠΑΣ (Σχολείο 2^{ης} ευκαιρίας), **προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α.**
4. Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μόνιτορ DASH 5000 της Καρδιολογικής Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 1.900,00 € + Φ.Π.Α.**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 8.900,00 € + Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγματεύεται γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»
8. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

11. Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

12. Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.Π.Ε., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

13. Τα αριθμ.πρωτ.14189/23-10-2019,12760/27-09-2019 και 12934/01-10-2019 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

14. Την αρ. 1525 με ΑΔΑ:6Ξ2Θ46904Μ-Θ36 απόφαση δέσμευσης δαπάνης.

15. Την αριθμ. πρωτ.16127/28.11.2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για διαφορές συντηρήσεις της τεχνικής υπηρεσίας (4) άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Επισκευή του ακτινοσκοπικού συγκροτήματος C-arm των χειρουργείων, προϋπολογισμού δαπάνης 2.700,00 € + Φ.Π.Α.

Επισκευή του ακτινοσκοπικού συγκροτήματος C-arm του κατασκευαστικού οίκου PRIMAX που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές επεμβάσεις και βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Έπειτα από προγραμματισμένη επίσκεψη για τη συντήρηση του ανωτέρω μηχανήματος από την συμβασιούχο εταιρία Icon Dynamics (αρ.σύμβασης 132/2019) και σύμφωνα με το Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού στις 25/6/2019 προκύπτει ότι πρέπει να αντικατασταθούν τα κάτωθι ανταλλακτικά:

Συγκρότημα καλωδίων 1τμχ.

Με το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθεί επαναρρύθμιση του μηχανήματος.

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με το ακτινοσκοπικό συγκρότημα.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να φέρουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης να κατατεθεί το πιστοποιητικό εκπαίδευσης των τεχνικών καθώς και η βεβαίωση παροχής των ανωτέρω ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο PRIMAX.

2. Προμήθεια ενός καινούριου ηλεκτροκαρδιογράφου για την Καρδιολογική Κλινική, προϋπολογισμού δαπάνης 2.300,00 € + Φ.Π.Α.

Προμήθεια ενός (1) καινούριου φορητού δωδεκακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου (ΗΚΓ) για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής Κλινικής.

Οι υπάρχοντες ΗΚΓ είναι παλαιάς τεχνολογίας (περίπου 20ετίας) και παρουσιάζουν τακτικές βλάβες.

Κατά την παραλαβή δε του καινούριου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού οι καινούριοι ΗΚΓ που παρέλαβε το Νοσοκομείο ήταν μόνο έξι εκ των οποίων **κανένας** δεν παραδόθηκε στην Καρδιολογική Κλινική.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορητού Δωδεκακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου:

- 1.** Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Να διαθέτει και λειτουργία καταγραφής ρυθμού για τουλάχιστον 3 λεπτά.
- 2.** Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών. Να μην ξεπερνάει η φόρτιση της μπαταρίας τις 4 ώρες. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής μετά από ορισμένο χρόνο σε περίπτωση μη χρήσης της με μπαταρία.
- 3.** Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και cabrera. Επιπλέον ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει και άλλους συνδυασμούς πχ. για παιδιατρική χρήση, δεξιών προκάρδιων κτλ..
- 4.** Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LCD διαστάσεων 8" περίπου (+/-5%), υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 800x600 όπου να απεικονίζονται:

- Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα.
- Ώρα, ημερομηνία και όνομα ασθενή.
- Γράφημα σωστής τοποθέτησης των ηλεκτροδίων στον ασθενή.
- Ένδειξη μπαταρίας.
- Καρδιορυθμός
- Ταχύτητα Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών ταχυτήτων.
- Ευαισθησία Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών ευαισθησιών.
- Διάφορα μηνύματα.
- Φίλτρα
- Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων μέσω χρωματικής κωδικοποίησης.

Να διαθέτει δυνατότητα αναγνώρισης και ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση λάθος τοποθέτησης των ηλεκτροδίων πχ. V1 στην V2.

Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο στην οθόνη για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενή.

Να διαθέτει λογισμικό μετρήσεων και διάγνωσης για ενήλικες και παιδιά

Να διαθέτει καταγραφικό έξι καναλιών, θερμικού τύπου, με εύρος συχνοτήτων από 0.05-250 Hz τουλάχιστον για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 100 mm.

Να διαθέτει προεπισκόπηση της εξέτασης για την αποφυγή εκτύπωσης ΗΚΓφήματος με παράσιτα.

5. Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/12.5/25/50mm/s και η ευαισθησία να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/20 mm/mV.

6. Να παρέχει φίλτρα, μυϊκά στα 25, 40 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου. Επιπλέον φίλτρα θα εκτιμηθούν θετικά.

7. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης παλμών βηματοδότη.

8. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 300 ΗΚΓφημάτων. Επιπλέον να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 50 εξετάσεων καταγραφής ρυθμού. Τα αποθηκευμένα ΗΚΓφήματα να μπορούν να μεταφερθούν σε ειδικό λογισμικό σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση ή ανάλυση. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό του Η/Υ.

9. Να διαθέτει θύρα δικτύου αλλά και ενσωματωμένη κεραία WIFI για αμφίδρομη επικοινωνία με Η/Υ.

10. Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής PDF των αναφορών και αποστολής τους άμεσα σε Η/Υ.

11. Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης με:

- Ειδικό λογισμικό διάγνωσης για αθλητές.
- Μηχάνημα ανάγνωσης barcode.

12. Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 1.5 Kg με τις μπαταρίες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 1.** Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ.) καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004.
4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κλπ.) για 10 έτη τουλάχιστον.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.

3. Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, ΚΕΦΙΑΠ, ΚΨΥ, Ξενώνων και διαμερισμάτων αυτών και ΕΠΑΣ (Σχολείο 2^{ης} ευκαιρίας), προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α.

Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, των Ξενώνων, του ΚΨΥ, των ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου & Αμφιλοχίας, του διαμερίσματος Παπαστράτου και του Σχολείου 2^{ης} ευκαιρίας (η αναγόμωση όλων αυτών πραγματοποιήθηκε το 2016).

Αναλυτικότερα:

Νοσοκομείο Αγρινίου:

187 τεμ. Ξηράς σκόνης ABC 6κλ.

18 τεμ. CO₂ 5κλ.

7 τεμ. Ξηράς σκόνης ABC 12κλ.

11 τεμ. Ξηράς σκόνης ABC 30κλ. (τροχήλατοι).

1 τεμ. Ξηράς σκόνης ABC 50κλ. (τροχήλατος).

ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου:

13 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ., ABC 40%

2 τεμ. ΟΡΟΦΗΣ Ξηράς σκόνης 12 κλ., ABC 40%

3 τεμ. CO₂ 6 κλ.

ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίας:

18 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ, ABC 40%

3 τεμ. ΟΡΟΦΗΣ Ξηράς σκόνης 12 κλ, ABC 40%

Κ.Ψ.Υ.:

12 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ, ABC 40%

ΕΠΑΣ (Σχολείο 2^{ης} ευκαιρίας):

8 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ, ABC 40%

3 τεμ. CO₂ 6 κλ.

Ξενώνας Ίριδα:

7 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ, ABC 40%

1 τεμ. ΟΡΟΦΗΣ Ξηράς σκόνης 12 κλ, ABC 40%

Ξενώνας Αργώ:

7 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ., ABC 40%

1 τεμ. ΟΡΟΦΗΣ Ξηράς σκόνης 12 κλ. ABC 40%

Διαμέρισμα Παπαστράτου:

1 τεμ. Ξηράς σκόνης 6 κλ, ABC 40%

Να κατατεθούν τα έγγραφα πιστοποίησης του αναδόχου που αφορούν την συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Με το πέρας των εργασιών θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου για την καλή συντήρηση των πυροσβεστήρων.

7. Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μόνιτορ DASH 5000 της Καρδιολογικής Κλινικής, προϋπολογισμού δαπάνης 1.900,00 € + Φ.Π.Α.

Προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών για τα πέντε (5) μόνιτορ DASH 5000 GE παρακολούθησης ζωτικών οργάνων της Καρδιολογικής Κλινικής.

Αναλυτικότερα:

- Σετ πενταπολικών απολήξεων (δαγκάνες), 5 τμχ.
- Συνδετικό καλώδιο οξυμετρίας τεχνολογίας Nellcor, 5 τμχ.
- Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων 3.6m αναιμακτης πίεσης, 5 τμχ.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα μόνιτορ. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και πιστοποίηση (γνησιότητα) από τον κατασκευαστικό οίκο GE των ανταλλακτικών του. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ανδρέας Στ. Τσώλης