



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 17/09/2025

Αρ. Πρωτ. 11777

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (10) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 708 – 2025

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 11457/12-09-2025 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 1182/05-09-2025 με ΑΔΑ: ΨΡΞΡ46904Μ-ΟΓ5 ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (10) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ/ ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠ Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	9300	18/7/2025	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων	1	1.735,00 €	1.735,00 €	24 %	2.151,40 €	1439ΑΝ
2	9299	18/7/2025	Σετ λαρυγγοσκοπίου με λαβή Xled, πολλαπλών χρήσεων κλιβανιζόμενο με μπαταρία λιθίου και φορτιστή για τις ανάγκες του ΤΕΠ	1	630,00 €	630,00 €	24 %	781,20 €	1841ΑΝ
3	9350	21/7/2025	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τους αναπνευστήρες GE της ΜΕΘ	20	100,00 €	2.000,00 €	24 %	2.480,00 €	1439ΑΝ
4	9904	4/8/2025	Δαπάνη για την επισκευή επιτοιχίων λήψεων οξυγόνου-κενού-πρωτοξειδίου	1	280,00 €	280,00 €	24 %	347,20 €	1439ΑΝ

5	10496	20/8/2025	Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών χειρουργικής τράπεζας των Χειρουργείων	2	136,00 €	272,00 €	24 %	337,28 €	1439AN
6	10547	21/8/2025	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 των ΤΕΠ	1	1.340,00 €	1.340,00 €	24 %	1.661,60 €	1439AN
7	10551	21/8/2025	Δαπάνη για την προμήθεια προς αντικατάσταση πλακέτας υποδοχής δικτύου στο Monitor GE B650	1	1.090,00 €	1.090,00 €	24 %	1.351,60 €	1429AN
8	10593	22/8/2025	Δαπάνη για την αντικατάσταση τροφοδοτικού σε Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro	1	710,00 €	710,00 €	24 %	880,40 €	1439AN
9	10589	22/8/2025	Δαπάνη για την αντικατάσταση τροφοδοτικού σε Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro	1	710,00 €	710,00 €	24 %	880,40 €	1439AN
10	10592	22/8/2025	Δαπάνη για την αντικατάσταση τροφοδοτικού σε Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro	1	710,00 €	710,00 €	24 %	880,40 €	1439AN
11	10655	25/8/2025	Δαπάνη για την επισκευή του φωτοτυπικού του Πρωτοκόλλου	1	685,00 €	685,00 €	24 %	849,40 €	1439AN
12	10775	28/8/2025	Δαπάνη για την προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήσεων για την Παθολογική Κλινική	10	295,00 €	2.950,00 €	24 %	3.658,00 €	1439AN
			ΣΥΝΟΛΟ			13.112,00 €		16.258,88 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 16.258,88 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/09/2025 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο

2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gnaiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για μόνитор GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Αναλυτικά:

- 3/5πολικό καλώδιο ασθενούς ΗΚΓ (5 τμχ.) → 200 ευρώ/τεμάχιο.
- απολήξεις σετ 5-πολικές (δαγκάνες) ΗΚΓ (3 τμχ.) → 125 ευρώ/τεμάχιο.
- αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων δακτύλου πολλαπλών χρήσεων τεχνολογίας Nellcor (2 τμχ.) → 180 ευρώ/τεμάχιο.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχειρίστα και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο μόνιτορ της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 2) Σετ λαρυγγοσκοπίου με λαβή Xled, πολλαπλών χρήσεων κλιβανιζόμενο με μπαταρία λιθίου και φορτιστή για τις ανάγκες του ΤΕΠ.

Για την προμήθεια ενός σετ λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων με λαβή Xled, λάμες N°3 και N°4, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή για τις ανάγκες της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Λάμας Λαρυγγοσκοπίου με Αποσπώμενες Οπτικές Ίνες CLX

- Να υπάρχει μεγάλο εύρος επιλογής λαμών και λαβών , από τον χρήστη σε διάφορα μεγέθη και τύπους για κάθε ηλικία και εφαρμογή τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά.
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το **ISO 7376** ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λάμες ή λαβές άλλων κατασκευαστών (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά).
- Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού.
- Σχεδιασμός με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών.
- Φωτισμός μέσω μεγάλης ενσωματωμένης δέσμης διαμέτρου 4mm, αποτελούμενη από 6.500 επιμέρους οπτικές ίνες για την καλύτερη δυνατή διάδοση φωτός.
- Να παρέχεται η δυνατότητα για αποσύνδεση-σύνδεση, χωρίς εργαλεία, της οπτικής ίνας από την λάμα δημιουργώντας ένα πολύ χαμηλό κόστος επισκευής (Να δοθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών)
- Πενταετή εγγύηση λάμας και οπτικής ίνας (να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου).

Λαβές

- Λειτουργία με πηγή φωτισμού LED με αποδιδόμενη θερμοκρασία χρώματος φωτεινής πηγής 5.000 ° K περίπου για λευκό φως.
- Ένταση φωτός λαμπτήρα τουλάχιστον 40.000Lux.
- Αυτονομία τουλάχιστον 35 ωρών συνεχούς λειτουργίας.
- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα 90.000 ώρες τουλάχιστον.
- Σχεδιασμός που να προσφέρει ασφαλές κράτημα, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. (Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό).
- Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού.
- Πενταετή εγγύηση λαβών (να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου).
- Ελάχιστη ένταση φωτισμού 500 Lux, σε απόσταση 20 mm από το άκρο της λάμας και μετά από συγκεκριμένο αριθμό κλιβανισμών που ορίζει ο κατασκευαστής (να αναφερθεί) σύμφωνα με το ISO 7376.

Φορτιστής

- Επιτραπέζιος φορτιστής, λειτουργίας στα 220V/50Hz κατάλληλος για λαβές διαφορετικών μεγεθών (να αναφερθούν).
- Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες ένδειξης της κατάστασης φόρτισης και βλάβης της μπαταρίας.
- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου για αποφυγή του φαινομένου μνήμης, διαφόρων μεγεθών (να αναφερθούν)
- Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να μπορεί να φορτίζει έως και τρεις λαβές ταυτόχρονα. (Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό)
- Ταχύτατη φόρτιση της μπαταρίας εντός δύο ωρών περίπου.
- Αυτονομία για τουλάχιστον 20 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση.
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας για τουλάχιστον 1.000 κύκλους επαναφόρτισης. Εγγύηση για τρία τουλάχιστον έτη.
- Δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας χωρίς την χρήση της λαβής.

Γενικοί Όροι

Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με σαφείς αναφορές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου επί ποινής αποκλεισμού.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει EN ISO 13485:2018, EN ISO 9001:2015 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α.

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

Η προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας περί εξουσιοδοτημένου service, και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

A/A 3) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τους αναπνευστήρες GE της ΜΕΘ.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για του αναπνευστήρες Engstrom Pro και R860 του κατασκευαστικού οίκου GE:

- Κεφαλή νεφελοποιητή με συνδετικό T, **τεμάχια 20 → 100 ευρώ + Φ.Π.Α / τεμάχιο.**

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τους ανωτέρω αναπνευστήρες.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 4) Δαπάνη για την επισκευή επιτοίχιων λήψεων οξυγόνου-κενού-πρωτοξειδίου.

Για τον έλεγχο και την επισκευή είκοσι οκτώ (28) μηχανισμών επιτοίχιων λήψεων ιατρικών αερίων O₂ (23 τμχ.), VAC (4 τμχ.) και N₂O (1τμχ.).

Όλες οι παραπάνω λήψεις είναι τύπου **ENV 737-6**

A/A 5) Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών χειρουργικής τράπεζας των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) συσσωρευτών (μπαταριών) 12V – 12Ah της χειρουργικής τράπεζας Χ/Τ OPT 30/1 με sn:126 του κατασκευαστικού οίκου OPT που βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρία Medic Plan (Δ.Τ.Ε 339552 2/4/2025) περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών τραπεζών OPT σύμφωνα με την αρ.24/2025 σύμβαση.

Η προμήθεια των μπαταριών δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση και η αντικατάστασή τους θα γίνει άνευ χρέωσης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια και απόλυτα συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 6) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 των ΤΕΠ.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Παθολογικής Κλινικής

Αναλυτικά:

- Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων 3m True Signal → 3 τεμάχια (160ευρώ/τεμάχιο).
- Αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων δακτύλου (μανταλάκι) πολλαπλών χρήσεων True Signal → 2τεμάχια (220ευρώ/τεμάχιο).
- Σωλήνας σύνδεσης για περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 3,6m DINACLICK → 3 τεμάχια (100 ευρώ/τεμάχιο).
- Περιχειρίδα ενηλίκων κανονική πολλαπλών χρήσεων με συνδετικά DINACLICK → 4 τεμάχια (30 ευρώ/τεμάχιο).

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 7) Δαπάνη για την προμήθεια προς αντικατάσταση πλακέτας υποδοχής δικτύου στο Monitor GE B650.

Για την προμήθεια προς αντικατάσταση της πλακέτας υποδοχής δικτύου (Advanced Interface Board V2) στο Monitor GE B650 με S/N: SEW12090778HA της ΜΕΘ.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρεία Intermedica Εμ. Τζανιδάκης (Σύμβαση 112/2025). Κατά την προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού της ΜΕΘ, βρέθηκε σπασμένη η υποδοχή του δικτύου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγνώριση του Monitor από τον Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης Ασθενών του τμήματος.

Για την επισκευή του μηχανήματος απαιτείται η αντικατάσταση του κάτωθι ανταλλακτικού:

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ με έκπτωση
2077329-001	Advanced Interface Board V2	1.300€	1.090€

Η προμήθεια του ανωτέρω ανταλλακτικού δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση (αφορά κακή χρήση) και **η αντικατάστασή τους θα γίνει άνευ χρέωσης.**

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχείριστα και απόλυτα συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 8) Δαπάνη για την αντικατάσταση τροφοδοτικού σε Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro.

Για την αντικατάσταση του τροφοδοτικού (Power Supply Universal 150W Single) στον Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro με **S/N: CBCR00929** της ΜΕΘ.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρεία Intermedica Εμ. Τζανιδάκης (Σύμβαση 112/2025). Κατά την επίσκεψη Τεχνικού της εταιρείας προς διερεύνηση βλάβης που είχε παρουσιασθεί στο εν λόγω μηχάνημα έπειτα από πτώση τάσης δικτύου, διαπιστώθηκε ότι είχε καεί το τροφοδοτικό.

Για την επισκευή του μηχανήματος απαιτείται η αντικατάσταση του κάτωθι ανταλλακτικού:

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ με έκπτωση
M1052831	POWER SUPPLY UNIVERSAL 150W SINGLE	950€	710€

Η προμήθεια του ανωτέρω ανταλλακτικού δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση (αφορά βλάβη από υπέρταση λόγω διακοπής ρεύματος) και **η αντικατάστασή του θα γίνει άνευ χρέωσης.**

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας,

Το προσφερόμενο ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι γνήσιο, αμεταχείριστο και απόλυτα συμβατό με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς,

A/A 9) Δαπάνη για την αντικατάσταση τροφοδοτικού σε Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro.

Για την αντικατάσταση του τροφοδοτικού (Power Supply Universal 150W Single) στον Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro με **S/N: CBCR00928** της ΜΕΘ.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρεία Intermedica Εμ. Τζανιδάκης (Σύμβαση 112/2025). Κατά την επίσκεψη Τεχνικού της εταιρείας προς διερεύνηση βλάβης που είχε παρουσιασθεί στο εν λόγω μηχάνημα έπειτα από πτώση τάσης δικτύου, διαπιστώθηκε ότι είχε καεί το τροφοδοτικό.

Για την επισκευή του μηχανήματος απαιτείται η αντικατάσταση του κάτωθι ανταλλακτικού:

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ με έκπτωση
M1052831	POWER SUPPLY UNIVERSAL 150W SINGLE	950€	710€

Η προμήθεια του ανωτέρω ανταλλακτικού δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση (αφορά βλάβη από υπέρταση λόγω διακοπής ρεύματος) και **η αντικατάστασή του θα γίνει άνευ χρέωσης.**

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας,

Το προσφερόμενο ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι γνήσιο, αμεταχείριστο και απόλυτα συμβατό με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς,

A/A 10) Δαπάνη για την αντικατάσταση τροφοδοτικού σε Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro.

Για την αντικατάσταση του τροφοδοτικού (Power Supply Universal 150W Single) στον Αναπνευστήρα GE Engstrom Pro με **S/N: CBCR00952** της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρεία Intermedica Εμ. Τζανιδάκης (Σύμβαση 112/2025). Κατά την επίσκεψη Τεχνικού της εταιρείας προς διερεύνηση βλάβης που είχε παρουσιασθεί στο εν λόγω μηχάνημα έπειτα από πτώση τάσης δικτύου, διαπιστώθηκε ότι είχε καεί το τροφοδοτικό.

Για την επισκευή του μηχανήματος απαιτείται η αντικατάσταση του κάτωθι ανταλλακτικού:

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ με έκπτωση
M1052831	POWER SUPPLY UNIVERSAL 150W SINGLE	950€	710€

Η προμήθεια του ανωτέρω ανταλλακτικού δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση (αφορά βλάβη από υπέρταση λόγω διακοπής ρεύματος) και **η αντικατάστασή του θα γίνει άνευ χρέωσης.**

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Το προσφερόμενο ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι γνήσιο, αμεταχείριστο και απόλυτα συμβατό με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 11) Δαπάνη για την επισκευή του φωτοτυπικού του Πρωτοκόλλου.

Για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος SAMSUNG K3250NR του Πρωτοκόλλου. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του χρειάζεται η αντικατάσταση του κάτωθι ανταλλακτικού:

- MAIN BOARD

Η διαπίστωση έγινε κατόπιν ελέγχου του μηχανήματος από την συντηρήτρια εταιρία «MK PC TECH-Καραγεώργου Ελένη Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε».

Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από την εταιρία «Καραγεώργου Ελένη Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

A/A 12) Δαπάνη για την προμήθεια επιτοιχίων αναρροφήσεων για την Παθολογική Κλινική.

Για την προμήθεια δέκα (10) πλήρη σετ επιτοιχίων αναρροφήσεων κενού για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής.

Αναρρόφηση κενού, που θα λειτουργεί μέσω του κεντρικού δικτύου κενού, επίτοιχης στήριξης και θα περιλαμβάνει (έκαστη):

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 0-1000mbar.

- Να συνδέεται απευθείας στις λήψεις κενού του Νοσοκομείου με ειδικό ταχυσύνδεσμο κενού (κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο **ENV 737-6** ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου πέραν αυτής του κενού).
- Να διαθέτει πιεστικό ταχυδιακόπτη με χρωματική κωδικοποίηση που να αναγράφει τις ενδείξεις on-off, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση προρυθμισμένου ύψους κενού και άμεση διακοπή της διαδικασίας αναρρόφησης.
- Να διαθέτει περιστροφικό κομβίο συνεχούς ρύθμισης του επιθυμητού ύψους κενού.
- Να διαθέτει μανόμετρο κενού, διπλής κλίμακας (0 έως -1000 mbar και 0-760mmHg) με προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης.
- Η έξοδος του να είναι κοχλιωτή για εναλλακτική σύνδεση διαφόρων παρελκόμενων συσκευών (δοχείο υπερχειλίσσης ,συνδετικό σωλήνων κ.λ.π.).
- Να επιτυγχάνει ύψος κενού μεγαλύτερο από 900 mbar.
- Να επιτυγχάνει αναρρόφηση 120 L/ min
- Να αναγράφει επί του σώματός του στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE**, κωδικό φορέα πιστοποίησης και **μοναδικό σειριακό αριθμό** για μέγιστη ιχνηλασιμότητα.
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- Να προσαρμόζεται στους ρυθμιστές κενού με το χέρι με σύστημα ταχείας τοποθέτησης.
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίσση τύπου πλωτήρα.
- Να διαθέτει θέση για τοποθέτηση υδρόφοβου αντιβακτηριακού φίλτρου.
- Να διαθέτει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού στους 134° C.
- Να είναι μικρό όγκου (< 100 ml).
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (2.000ml)

- Να στηρίζεται επί του τοίχου, όπου για αυτό το σκοπό θα συνοδεύεται από: Βάση τοίχου + δακτύλιο στερέωσης
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίσση τύπου πλωτήρα.

- Να διαθέτει διάφανο δοχείο συλλογής υγρών το οποίο να φέρει μετρητική διάταξη αναγράφοντας ενδείξεις χωρητικότητας.
- Να παρέχει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμούς τους 121° C.
- Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 1800 -2.000ml.
- Να διαθέτει γωνιακές υποδοχές σύνδεσης σωλήνων (για να μη τσακίζουν οι σωλήνες σύνδεσης) με ένδειξη σύνδεσης για κενό και τον καθετήρα αναρρόφησης αντίστοιχα.
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE**, κωδικό φορέα πιστοποίησης (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I με λειτουργία μέτρησης).
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Σιλικόνη 7-13)

- Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη.
- Να έχουν εσωτερική διάμετρο 7 mm και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm για να μη τσακίζουν.
- Ο σωλήνας σύνδεσης δοχείου υπερχειλίσσης-δοχείου συλλογής υγρών να έχει μήκος ενός (1) μέτρου και ο σωλήνας σύνδεσης δοχείου συλλογής υγρών-καθετήρα αναρρόφησης να έχει μήκος ενάμισι (1,5) μέτρου

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρως από ανταλλακτικά. Να κατατεθεί με την προσφορά κατάλογος ανταλλακτικών.

Να κατατεθεί **φύλλο συμμόρφωσης με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς**, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα του φυλλαδίου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχη επισήμανση.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά (να κατατεθούν με την προσφορά):

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

ISO 14001 και

την Υπουργική απόφαση 1348:2000, για εμπορία & διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ