



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 2641361226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ: 25/02/2026

Αρ. Πρωτ.: 2591

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121)

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ I SUPPLIES: 812 – 2026

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου εκδίδει την παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως το άρθρο 27 (Ανοικτή διαδικασία), το άρθρο 121 (Προθεσμίες κάτω των ορίων), τα άρθρα 73–80 (Λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια επιλογής, ΕΕΕΣ), το άρθρο 86 (Κριτήριο ανάθεσης), το άρθρο 105 (κατακύρωση), το άρθρο 132 (τροποποίηση σύμβασης) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021

ΣΧΕΤ.

1. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2026.
2. Την υπ.αρ. 8^η/13-02-2026 ΘΕΜΑ 11^ο πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και χρηματοδότηση για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
3. Η αρ. δέσμευση 494/03-02-2026 με ΑΔΑ: 9Η2346904Μ-ΞΧΛ ανάληψη υποχρέωσης (δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ /ΤΑ	ΔΑΠΑΝ Η /ΤΕΜΑ ΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ Π Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΛΕ (ΚΑΕ)
1	10498	20/8/2025	Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός σετ βάσης στήριξης άνω κατακίων χειρουργικής τραπέζης OPT ASSO	1	5.060,0 0 €	5.060,00 €	2 4 %	6.274,40 €	24101080000101 (1439ΑΝ)

			των Χειρουργείων						
2	16782	15/12/2025	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής	1	200,00 €	200,00 €	24 %	248,00 €	24101080000101 (1439AN)
3	462	14/1/2026	Προμήθεια αλκαλικών μπαταριών AA για τους εξωτερικούς βηματοδότες της Μονάδας Εμφραγμάτων	100	1,00 €	100,00 €	24 %	124,00 €	24101080000101 (1439AN)
4	682	19/1/2026	Προληπτική συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Παθολογοανατομικού Τμήματος	1	492,00 €	492,00 €	24 %	610,08 €	24101080000101 (1439AN)
5	755	20/1/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex - Ohmeda	1	1.145,00 €	1.145,00 €	24 %	1.419,80 €	24101080000101 (1439AN)
6	1100	27/1/2026	Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών και βάσεων φόρτισης για τα φορητά οξύμετρα EDAN H100B της Παιδιατρικής Κλινικής	2	160,00 €	320,00 €	24 %	396,80 €	24101080000101 (1439AN)
7	1113	27/1/2026	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	1	819,18 €	819,18 €	24 %	1.015,78 €	24101060000101 (1413AN)
8	1145	28/1/2026	Προμήθεια ογδόντα πέντε (85) μπαταριών για τους πίνακες αυτοματισμού και αντλιοστασίων του Νοσοκομείου	85	14,50 €	1.232,50 €	24 %	1.528,30 €	24101080000101 (1439AN)
9	1170	28/1/2026	Προμήθεια δύο 3πολικών καλωδίων ECG για τους απινιδωτές Responder 2000 των ΤΕΠ	2	220,00 €	440,00 €	24 %	545,60 €	24101080000101 (1439AN)
10	1174	28/1/2026	Προμήθεια τριών (3) 10πολικών καλωδίων ασθενούς για τους ΗΚΓ EDAN SE-1201 του ΤΕΠ	3	150,00 €	450,00 €	24 %	558,00 €	24101080000101 (1439AN)

11	1296	30/1/2026	Προμήθεια σαράντα (40) επαναφορτιζόμενων μπαταριών 12V 9AH για UPS Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού	40	20,00 €	800,00 €	2 4 %	992,00 €	24101080000101 (1439AN)
			ΣΥΝΟΛΟ			11.058,68 €		13.712,76 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 13.712,76 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/03/2026 ΩΡΑ 13:00

(τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - Κωδικός είδους εταιρείας
 - Κωδ. Κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF Number
 - Κατασκευαστικός οίκος
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και

Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΑΝ.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά

Α' φάση

A) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- **ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79)**

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
- πληρούνται οι όροι της διακήρυξης

B) **Τεχνική προσφορά**, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) **Οικονομική προσφορά**.

Β' φάση Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (σύμφωνα με άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/2016 και εγκύκλιο 99864/15-12-2025)

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** (άρθρο 73 παρ. 1)

Υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για:

- διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
- Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
- μέλη Δ.Σ. συνεταιρισμών
- νόμιμο εκπρόσωπο λοιπών νομικών προσώπων

Εναλλακτικά: Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ** (άρθρο 73 παρ. 2)

Για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα:

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΑΔΕ)
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ)
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Προθεσμία Υποβολής (άρθρο 121)

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε: **τουλάχιστον 15 ημέρες** από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότητρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότητρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gndiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Δημοσιότητα

Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας:

- αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
- δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
- αναρτάται στο iSupplies

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω iSupplies από την αρμόδια Επιτροπή.

Στάδια:

Α φάση

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών
4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

B' φάση

5. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Πληρωμή – Κρατήσεις

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός σετ βάσης στήριξης άνω καπακιών χειρουργικής τραπέζης OPT ASSO των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός (1) σετ βάσης στήριξης άνω καπακιών και ενός (1) σετ βάσης/καπακιών της χειρουργική τραπέζας model:ASSO με sn:102 του κατασκευαστικού οίκου OPT, που βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρεία Medic Plan περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών τραπέζων OPT σύμφωνα με την αρ.24/2025 σύμβαση.

Η προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση (αφορά κακή χρήση) και η αντικατάστασή τους θα γίνει άνευ χρέωσης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχειρίιστα και απόλυτα συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 2) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Παθολογικής Κλινικής

Σωλήνας σύνδεσης για περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 3,6m DINACLICK → 2 τεμάχια

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 3) Προμήθεια αλκαλικών μπαταριών AA για τους εξωτερικούς βηματοδότες της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Για την προμήθεια 100 αλκαλικών μπαταριών AA 1,5Volt. Η προμήθεια των ανωτέρω μπαταριών κρίνεται επιτακτική για τη λειτουργία των τριών (3) εξωτερικών βηματοδοτών της Μονάδας Εμφραγμάτων σύμφωνα και με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο.

A/A 4) Προληπτική συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Παθολογοανατομικού Τμήματος.

Για την προληπτική συντήρηση του κάτωθι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Παθολογοανατομικού Τμήματος.

Αναλυτικότερα ο εξοπλισμός:

- Θάλαμος ασφαλούς φύλαξης ιστολογικών παρασκευασμάτων με σύστημα εξαερισμού RHT LIMITED Safety Storage Cabinet SC-700G.

- Σύστημα οροφής καθαρισμού αέρα RHT LIMITED EC920.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου στον ανωτέρω εξοπλισμό θα πρέπει να πραγματοποιείται αντικατάσταση των φίλτρων κάθε χρόνο. Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά της εταιρείας Α. Δέρβος – Γ. Δημητρακόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε. θα πρέπει να αντικατασταθούν τα κάτωθι φίλτρα:

Στον θάλαμο ασφαλούς φύλαξης ιστολογικών παρασκευασμάτων RHT LIMITED SC-700G:

- **Hepa Filter for NCC01702(FHC01)**
- **Static Filter for NCC01702(FSC01)**

Στο σύστημα οροφής καθαρισμού αέρα RHT LIMITED EC920:

- **Pre-filter for EC920 (BTX2) (FFCC01)**
- **Static Filter – EC920(FSCAC01)**
- **Hepa Filter for NCC01702(FHC01)**

Οι εργασίες για την αντικατάσταση των παραπάνω φίλτρων θα πραγματοποιηθούν χωρίς χρέωση από την εταιρεία Α. Δέρβος – Γ. Δημητρακόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της εγγύησης του ανωτέρω εξοπλισμού.

Με το πέρας των εργασιών θα κατατεθούν τα δελτία εργασίας για κάθε μηχανήμα ξεχωριστά.

A/A 5) Προμήθεια εξαρτημάτων αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex – Ohmeda.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τα Αναισθησιολογικά Μηχανήματα GE Datex-Ohmeda:

- Αισθητήρας οξυγόνου (O₂) → 5 τεμάχια
- Σωληνάκια καπνογραφίας μιας χρήσης 3m → 30 τεμάχια
- Υδατοπαγίδα D-FEND PRO → 5 τεμάχια

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα GE Datex-Ohmeda που βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο για το σύνολο των ανωτέρω ειδών και όχι μεμονωμένα.

A/A 6) Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών και βάσεων φόρτισης για τα φορητά οξύμετρα EDAN H100B της Παιδιατρικής Κλινικής.

Για την προμήθεια δύο (2) επαναφορτιζόμενων μπαταριών και δύο (2) βάσεων φόρτισης για τα φορητά οξύμετρα EDAN H100 B της Παιδιατρικής Κλινικής.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς,

A/A 7) Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού.

Για την προμήθεια των κάτωθι υλικών για τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου.

Αναλυτικότερα:

1. Χρώμα πλαστικό MASTER 10 λίτρων	15 τεμάχια
2. Σιλικόνη DEN BRAVEN	25 τεμάχια
3. Αφρόστοκος durostick	24 τεμάχια
4. Κυλινδράκι μαλλί N.10	20 τεμάχια
5. Κυλινδράκι μαλλί N.15	10 τεμάχια
6. Πινέλα N. 2,5 KONTAP.	5 τεμάχια
7. Ρολλό και λαβή N.24	5 τεμάχια
8. Σφουγγαράκια τριψίματος στρογγυλά	10 τεμάχια
9. Κοντάρι 2μ	1 τεμάχιο
10. Σφουγγαράκια τριψίματος τετράγωνα	10 τεμάχια
11. Στραβοπίνελο N.1	3 τεμάχια

Χαρακτηριστικά χρώματος:

Αντοχή στο πλύσιμο.

Πιστοποιημένο IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL.

Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος **Indoor Air Comfort®** του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR (Εκπομπές αέρα εσωτερικού χώρου) A+.

A/A 8) Προμήθεια ογδόντα πέντε (85) μπαταριών για τους πίνακες αυτοματισμού και αντλιοστασίων του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια ογδόντα πέντε (85) επαναφορτιζόμενων μπαταριών για τους πίνακες και υποπίνακες αυτοματισμού, και για τους πίνακες των αντλιοστασίων του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό θα χρειαστούν τα κάτωθι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V- 1.3ΑΗ	15	7,5€	112,5€
2	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V -7ΑΗ	70	16€	1.120€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		85		1.232,5€

A/A 9) Προμήθεια δύο 3πολικών καλωδίων ECG για τους απινιδωτές Responder 2000 των ΤΕΠ.

Για την προμήθεια δύο (2) 3πολικών καλωδίων ECG με ακροδέκτες για τους απινιδωτές GE RESPONDER 200 των ΤΕΠ:

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο απινιδωτή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 10) Προμήθεια τριών (3) 10πολικών καλωδίων ασθενούς για τους ΗΚΓ EDAN SE-1201 του ΤΕΠ.

Για την προμήθεια τριών (3) 10πολικών καλωδίων ασθενούς (πλήρη - συμπεριλαμβανομένων τριών σετ από 4 μανταλάκια και τριών σετ από 6 φούσκες) για τους ηλεκτροκαρδιογράφους EDAN SE-1201 του Τ.Ε.Π.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το παραπάνω μοντέλο ηλεκτροκαρδιογράφου.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 11) Προμήθεια σαράντα (40) επαναφορτιζόμενων μπαταριών 12V 9ΑΗ για UPS Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Για την προμήθεια σαράντα (40) επαναφορτιζόμενων μπαταριών 12V-9ΑΗ κατάλληλων για UPS. Οι υπό προμήθεια μπαταρίες θα τοποθετηθούν στα UPS Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (Ακτινολογικό Τμήμα, ΜΕΘ, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική) όπως Υπερηχοτομογράφοι, Εκτυπωτές Ακτινογραφικών Φίλμ, Ψηφιοποιητές κλπ. Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του εν λόγω Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται αντικατάσταση των μπαταριών των UPS που τον υποστηρίζει ανά δύο (2) έτη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ